Основные атрибуты

Название	Значение
Номер в госреестре	16605-15
Наименование СИ	Весы напольные медицинские электронные
Обозначение типа СИ	ВМЭН-150, ВМЭН-200
Номер записи	176592
Дата опубликования	27.04.2020

Страна и предприятие-изготовитель

Название	Значение
Изготовитель	Акционерное общество «Тулиновский приборостроительный завод «ТВЕС» (АО «ТВЕС»), Тамбовская обл., Тамбовский р-н, с. Тулиновка

Общее

Название	Значение
Описание типа	2025-16605-15.pdf
Методики поверки	2022-mp16605-15.pdf
Процедура	Стандартная
Сведения о типе СИ	Срок свидетельства
Срок свидетельства	29.08.2029
Заводской номер	

Межповерочный интервал 1

Название	Значение
МПИ	1 год

Название	Значение
Наличие периодической поверки	Да
Лет	1
Месяцев	0

Вложения

Название	Значение

Дополнительно

Название	Значение
Статус	Действует
Примечание	

Общие сведения

Название	Значение